



## Bestätigung

(PSA-NW-1292-BRMS)

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt Atemschutzmaske

Modell	CPA – KN95, Art.-Nr.: WER-18182
Hersteller	Jiangsu Hawer Amenities Technology CO., LTD, The West Side of Weilai Road, Baji Town of Siyang County, Suqian City, Jiangsu Province, 223700 China
Einführer	WER GmbH, Messingweg 1, 48308 Senden
Datum der Kontrollmitteilung	/

Aktenzeichen:

55.5-1292/2020-15

Auskunft erteilt:

Katharina Vogel

Durchwahl:

+49 (0)251 411- / 5235

Telefax:

+49 (0)251 411-85235

Raum: L337

E-Mail:

Katharina.vogel@brms.nrw.de

**Bitte verwenden Sie ausschließlich die geänderte Post- und Lieferanschrift:**

Bezirksregierung Münster  
48128 Münster

Dienstgebäude:

Gartenstr. 27

45699 Herten

Telefon: +49 (0)251 411-0

Telefax: +49 (0)251 411-82525

Poststelle@brms.nrw.de

www.brms.nrw.de

ÖPNV - Haltestellen:

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 22

Bezirksregierung II:  
(Albrecht-Thaer-Str. 9)  
Linie 17

Grünes Umweltschutztelefon:

+49 (0)251 411 – 3300

Konto der Landeshauptkasse:


Landesbank Hessen-  
Thüringen (Helaba)

IBAN : DE59 3005 0000 0001  
6835 15

BIC: WELADEDXXX

Gläubiger-ID

DE59ZZZ00000094452



Prüfstelle	TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Prüfbericht	AZ 380371

die Anforderungen des Prüfgrundsatzes für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken ausweislich des o.g. Prüfberichtes erfüllt und deshalb für den begrenzten Zeitraum der derzeitigen epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Kontext der COVID-19-Bedrohung nach Maßgabe des § 9 Absatzes 2 Satz 2 MedBVS<sup>1</sup> als verkehrsfähig angesehen wird und bereitgestellt werden darf.

Das o.g. Produkt wird nach § 9 Absatz 2 Satz 1 MedBVS<sup>1</sup> und nicht nach der Verordnung (EU) 2016/425 bereitgestellt.

Das Filtermedium der o.g. Masken hat ausschließlich die Durchlassprüfung mit Natriumchlorid (Infektionsschutz vor dem Coronavirus) und nicht mit Paraffinöl (Schutz vor ölhaltigen Aerosolen) bestanden, so dass ausdrücklich auf den eingeschränkten Einsatzbereich gegenüber FFP2-Masken nach DIN EN 149 hingewiesen wird.

Diese Bestätigung ist in Kopie an alle Käufer bzw. Zwischenhändler bis zum Verwender jeder Abgabereinheit beizufügen. Auf Verlangen der Behörde hat jeder Händler eine Liste mit Namen und Kontaktdaten der Wirtschaftsakteure, an die er die persönliche Schutzausrüstung abgegeben hat, sowie mit der Anzahl der bereitgestellten Produkte zur Verfügung zu stellen.

Im Auftrag

gez. Vogel

---

<sup>1</sup> Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie (Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung - MedBVS)